



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υπεύθυνη Προμηθειών: Τυρογαλά Ευαγγελία

Τηλ.: 22543-50129

Fax : 22543-50126

E- mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Μύρινα, 14-1-2016
Αρ.πρωτ. 191

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΜ (CPV:24931230-0)

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την άρτια διεξαγωγή του επικείμενου Διαγωνισμού προμήθειας ακτινολογικού φιλμ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου :

www.limnoshospital.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	18-01-2016
	22-01-2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στο αναγραφόμενο e-mail και fax της υπηρεσίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΥΠΟΛΙΑ

Συνημμένα: Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

1.Συμβατά με το υπάρχον μηχάνημα CR 30-X DIGITIZER και τον εκτυπωτή DRYSTAR 5302

2.Να έχουν διαστάσεις:

α)35X43 cm ή 14X17 in DRYSTAR DT 2B

β)24X30 cm ή 10X12 in DRYSTAR DT 2B