

■



Μύρινα, 14-1-2016
Αρ.πρωτ. 202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υπεύθυνη Προμηθειών: Τυρογαλά Ευαγγελία

Τηλ.: 22543-50129

Fax : 22543-50126

E- mail:promithiongnlimnou@gmail.com

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (CPV:33184100-4)

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την άρτια διεξαγωγή του επικείμενου Διαγωνισμού προμήθειας μοσχευμάτων-πλεγμάτων με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου :

www.limnoshospital.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ
	ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	15-01-2016
ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	21-01-2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στο αναγραφόμενο e-mail και fax της υπηρεσίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΥΠΟΛΙΑ

Συνημμένα: Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

- A. Κώνος απορροφήσιμος
- B. Απορροφήσιμο πλέγμα από πολυγλακτίνη

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

- A. Σετ από κώνο & προσχεδιασμένο πλέγμα

ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ

Πλέγμα από πολυπροπυλένιο, πολυδιοξανόνη και αναγεννημένη κυτταρίνη σε διαστάσεις:

- α. 10χ15cm (οβάλ)
- β. 25χ35cm (οβάλ)

ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ

Πλέγμα τρισδιάστατο από πολυεστέρα και απορροφήσιμο αντισυμφυτικό φιλμ με βάρος μεγαλύτερο από 50 gr/m² με επιπρόσθετη λουρίδα πλέγματος, που να λειτουργεί σαν ζώνη καθήλωσης σε διαστάσεις:

- a. 10x15cm
- b. 15x20cm
- c. 20x30cm

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

A. ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

1. Σετ από κώνο και προσχεδιασμένο πλέγμα από πολυπροπυλένιο με βάρος μικρότερο από 50 gr/m² με σχισμή-οπή για τον σπερματικό τόνο σε διάσταση του πλέγματος 6x14cm και του κώνου μεγαλύτερου από 4cm στις παρακάτω διαστάσεις:

- a. Small
- b. Medium
- c. Large
- d. X Large

2. Προσχεδιασμένο αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με δακτύλιο με μνήμη επαναφοράς με ειδική εσοχή για την σταθεροποίηση και τοποθέτηση του πλέγματος γύρω από τον σπερματικό τόνο κατάλληλο για προπεριτοναϊκή τεχνική (Pelissier) σε διαστάσεις:

- a. 8x14cm
- b. 10x16cm

3. Κώνος από πολυπροπυλένιο με βάρος μεγαλύτερο από 50 gr/m² και διάσταση του κώνου:

- a. μικρότερος από 4cm
- b. μεγαλύτερος από 4cm

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ

Πλέγμα διπλής όψης από ePTFE και πολυπροπυλένιο σε διαστάσεις:

- a. 11x16cm
- b. 15x25cm
- c. 14x18 cm
- d. 11x14 cm
- e. 20x25 cm
- f. 25x35 cm

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΗΛΩΝ ΣΕ ΣΤΟΜΙΕΣ

Αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα από ePTFE και πολυπροπυλένιο με ειδική τσέπη για τη διευκόλυνση της τοποθέτησης και της καθήλωσης με συρραπτικό εργαλείο του πλέγματος, με ειδικό δακτύλιο επαναφοράς. Επίσης να έχει προσχηματισμένη οπή για τοποθέτηση στη στομία και ένα κολάρο από ePTFE περιμετρικά της οπής για προστασία από ανάπτυξη ιστών σε διαστάσεις:

- i. 12x15cm με άνοιγμα 30mm
- ii. 15x20cm με άνοιγμα 40mm

ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

- A. Σε υγρή μορφή
- B. Σε μορφή γέλης

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

- A. Με λαβή σε σχήμα πιστολιού και απορροφήσιμα κλιπ σε σχήμα βίδας με:
- i. 15 κλιπ
 - ii. 30 κλιπ
- B. Με λαβή σε σχήμα πιστολιού και μη απορροφήσιμα κλιπ σε σχήμα βίδας με:
- i. 15 κλιπ
 - ii. 30 κλιπ