



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Υπεύθυνη Προμηθειών: Μιχέλη Ουρανία
Τηλ.: 22543-50129
Fax : 22543-50126
E- mail:promithionglimnou@gmail.com

Μύρινα, 18-4-2016
Αρ.πρωτ. 2566

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33693000-4)**

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την άρτια διεξαγωγή του επικείμενου Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου (CPV 33693000-4) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου:

www.limnoshospital.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	19-04-2016
ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	25-04-2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στο αναγραφόμενο e-mail και fax της υπηρεσίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΑΣ

Συνημμένα: Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ Μ.Χ	10 TEM	ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΕΣΤ PAP ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ Thin prep ΣΧΗΜΑ ΚΩΝΩΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΡΙΧΩΤΕΣ ΑΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΛΕΙΠΗ ΤΡΙΧΩΤΗ, ΒΟΥΡΤΣΑ
2	ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ	5 TEM	ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,5-3 LIT
3	ΑΣΚΟΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ (ΠΑΙΔΑΚΟΙ)	2 TEM	ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,5-1,5 LIT
4	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓ-MONITOR	5.000 TEM	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ) ΓΙΑ MONITOR ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΡΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΕΠΑΦΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ-ΜΕΘ Κ.Λ.Π.. ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΕΙ Η ΙΔΡΩΣΕΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΟΥΜΠΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
5	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	16.000 TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Α) ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ μΕ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ CE MARK ΣΙΦΩΝΑ μΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ/14.6.94 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΜΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ Δ)ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ. Ε) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΑ 2010-32-ΕΕ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΑ Η ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

			16G,17G,18G,19G,20G,21G,22G,23G,24G,25G,26G,27G,28G,29G,31G
6	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ (ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ή ΣΤΟ ΠΛΑΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ)	30 TEM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΜΧ. ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΕΝΥ ΜΕΓΕΘΗ 22-27 G ΚΑΙ ΜΙΚΟΣ ΑΠΟ 90-115 MM LATEX FREE
7	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	10 TEM	1) ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΜΧ. ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΕΝΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 27G LATEX FREE 2) ΒΕΛΟΝΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 18G LATEX FREE
8	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 17G,18G	15 TEM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΜΧ. ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ, ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΝΕ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ 10 MM. LATEX FREE
9	ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ	5 TEM	
10	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΒΙΔΟΝΗ	1500 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ NYLON ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΥΧΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PEEL-OPEN ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΒΙΔΟΝΗΣ
11	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (ΝΕΟΓΝΩΝ- ΕΝΗΛΙΚΩΝ)	1.000 TEM	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ- ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΛΕΥΚΟ, ΡΟΖ, ΣΙΕΛ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΑΛΑΚΑ.
12	ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	600 TEM	ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΩΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ

			ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
13	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.	300 TEM	ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ , latex free (ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ)
14	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ	50 TEM	ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΤΥΠΟΥ TRIFLO),ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:Α) ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΡΟΘΑΛΛΑΜΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 600CC/SEC,900CC/SEC ΚΑΙ 1.200CC/SEC Β)ΤΡΙΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ (ΜΠΑΛΑΚΙΑ)ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΕΡΟΘΑΛΛΑΜΟ Γ)ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ
15	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ)	4000 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 121° & 134° C ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΡΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΧΡΟΝΟ, ΥΓΡΑΣΙΑ/ΑΤΜΟ) ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΩΡΤΙΟΥ
16	ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ	300 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 121° & 134° C ΣΕ ΚΛΥΒΑΝΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΑΜΠΟΥΛΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΤΟΣ 24ΩΡΟΥ,ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΜΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΠΩΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
17	ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΣΤ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ	400 TEM	ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BOWIE - DICK (ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΓΧΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΥΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

18	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 125 & 250 ML	10 TEM	ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
19	ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.500 TEM	ΕΣΩΡΟΥΧΑ (SLIP) ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΑΛΑΚΑ , ΑΝΕΤΑ , ΑΔΙΑΦΑΝΗ.
20	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΗ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ	50 TEM	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΑ.(ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ +/-0,10 C – ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 350 C ΕΩΣ 420 C -ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ-Η ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 1 ΕΩΣ 1,5 ΛΕΠΤΟΥ.
21	ΚΑΛΤΣΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ Σ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	100 TEM	ΚΑΛΤΣΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ. Η ΚΑΛΤΣΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΠΙΕΣΗ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΗΝ ΚΑΛΤΣΑ ΣΤΟ ΜΗΡΟ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΙΕΣΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΓΛΙΣΤΡΑ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΙΔΡΩΤΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ Νο M-S L- XL-XXL
22	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	400 TEM	ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΥΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 80X140 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΘΥΛΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΗΠΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΝΩΝ.

23	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE Μ.Χ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	200 TEM	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROZE ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
24	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟ	100 TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ LATEX ΑΝΤΙΑΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Α) 3ΧΛ. Β) 4ΧΛ,Γ) 5-6ΧΛ
25	ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ	400 TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΑΤΟΞΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ, ΑΕΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
26	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ Μ.Χ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ	500 TEM	ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΖΟΥΝ, ΑΝΑ ΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ S,M,L. ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ.
27	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	1.000 TEM ΕΝΙΣΧΥ ΜΕΝΕΣ	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SONTARA , ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΡΕΛΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ , ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΣΕΤΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΣΙΜΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΓΕΘΗ : L,XL, XXL
28	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ	150 TEM	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, NON WOVEN,

	ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ		ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ, ΝΑ ΔΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ.
29	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	5.000 TEM	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ.
30	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	3.000 TEM	ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5CC ΜΕΧΡΙ 25CC. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ
31	ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ	4 TEM	ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ.
32	ΟΜΦΑΛΟΔΕΜΑΤΑ CLIPS	50 TEM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΩΤΗ ΛΑΒΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΕΡΜΕΙΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΦΑΛΟΥ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΠΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΟ
33	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ	5.000 TEM	ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000CC, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ML, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 90-100 ΕΚ., Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ.
34	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ.	30 TEM	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΠΡΑΝΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 13 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94,			

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE),
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO8669-2:1996 “URINE COLLECTION BAGS- PART 2 : REQUIREMENTS AND TEST METHODS”
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ,
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΛΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ,
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

35	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ	2.000 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ LUER LOCK, ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΣΤΑ ΑΚΡΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
36	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ "T"	500 TEM	
37	ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΑ	50 TEM	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
38	ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΣΕΙΣ- ΣΑΚΟΙ	100 TEM	ΒΑΣΕΙΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΕΠΠΕΔΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΟΒΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. 10-43MM ΠΕΡΙΠΟΥ. 10-55MM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΙΕΣΗ.
39	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΙΝΑ ΡΟΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ	600 TEM	ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΛΗΡΩΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ μΑΖΙ), μΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 60 CM X 50M
40	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΕΟ	1 ΣΕΤ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ- ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ- ΑΜΠΟΥΛΕΣ-ΔΟΣΙΜΕΤΡΑ
41	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ α)ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ β)ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	α)5.000 TEM β)50 TEM	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛΙΝΗ.

			• ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ. • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΧΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3/4Χ6. • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΣ. ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. ΕΥΛΙΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. I. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛΠΝΗ. II. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ. III. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΧΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. IV. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3/4Χ6.
42	ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ	50 TEM	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΠΟΝ-ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ
43	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΠΛΟ	50 TEM	1] ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΒΛΥ ΜΗΚΟΥΣ 3CM ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ. 2] ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 11CM², ΔΙΑΦΑΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΛΙΠΙΔΙΑ Κ.Λ.Π. 3] Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 200CM, ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΙΟΣ, ΙΣΟΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΧΡΩΜΟΣ. 4] ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΣΑΛΙΔΙΩΝ. 5] ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ. 6] ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΧΡΟΝΙΑ. 7] ΥΠΟΔΟΧΗ (ΣΥΝΔΕΣΜΟ) LUER LOCK 8] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ CE 9] ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΕΙΣ FLASHBALL LATEX FREE. 10] ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
44	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	2000 TEM	1. ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ. 2. ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΡΟΥΣ 200-270 Μ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15CM². 3. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ ADELBERG IV ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ. 4. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200ΕΚ., ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ FLASH BALL LATEX.

			5. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΠΑΡΤΙΔΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Κ.Λ.Π.) 6.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 40ΜΜ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 20ΜΜ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ. 7. ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5ΜΜ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.
45	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ	1)2.000 0 TEM 2)200 TEM	<u>1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ LUER LOC</u> 1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 2. ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 3. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ. 4. ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ . 5. ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΙΑ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ISO 8536/4 5.1. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΙΑ. ΑΚΡΟ ΑΙΧΜΗΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΔΜΙΟ. 6. Ο ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ, (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 7.Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟΥ. ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (20"C) ΝΑ ΕΙΝΑΙ 20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ =1Ι0. IGR. ΠΕΡΙΠΟΥ. 7 1. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΤΑΓΟΝΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 40ΜΜ. 7 2 Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΤΑΝΟΝΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 20ΜΜ. ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5ΜΜ ΡΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. 7 3 Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ 20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 20C ΜΕ

			ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΟΓΚΟ 1*0.1ML ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 50*5 ΣΤΑΓΟΝΕΣ/MIN 8. ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΪΣΗ ΜΕ 10Μ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΕΙ ΤΟ 80% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ. 9. Ο ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΧΡΩΜΟΣ. 9. 1. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160CM 9. 2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΑΧΗΣ (ΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ) ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 3±0,1 MM. 9.3. ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΕΛΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 15N ΕΠΙ 15 SEC. 10. Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ (ΤΥΠΟΥ ADELBERG) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. 11. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΕΛΟΝΗΣ 0,6 MM. ΝΑ ΦΕΡΕΙ (LASH BALL LATEX. 12. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΩΝΟ ΤΥΠΟΥ LUER LOCK) ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΕΡΑ. 13. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΑΕΡΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ 200 M BAR 14. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 8536/4 15. Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 15. 1. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΔΟ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. 16. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 16.1. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 16.2. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. 17. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
--	--	--	---

			ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ - ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 17.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 17. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 17. 3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 17. 4. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (ΓΡΑΠΤΕΣ Η ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 17. 5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 17.6. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. 17. 7 .Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΥΤΗΣ. 17. 8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΟ ΤΟ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΘΙΚΤΗ 17.9. ΈΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ. 17.10. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 17.11. Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΤΙ 20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΓΚΟΙ 1+0 1 ML 17.12. Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, 18. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 8536-4. 19. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/ΒΙ 3-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). 19.1 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΚΥΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ 20. ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 21. ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ. 1348 ΦΕΚ 32/Β/2004 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α Ε3/833 ΦΕΚ 1329/Β/1999 " ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
--	--	--	---

			2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ,ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100ML ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ. 1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ 2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 3. ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΧΟΪΔΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100ML, ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟ PVC, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ. 4. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΩΝΟ ΤΥΠΟΥ LUER LOCK) ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΕΡΑ. 5. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΑΧΡΩΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΠΟ PVC 3*4,1MM, ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160CM ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 6. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ «Υ» 7. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΙΣΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 8. ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. 9. ΤΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200CM 10. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ – ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ii. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ iii. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ iv. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (ΓΡΑΠΤΕΣ Η ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. v. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. vi. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ vii. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΥΤΗΣ viii. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ
--	--	--	---

			ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΘΙΚΤΗ ix. ΈΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ. x. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ xi. Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. xii. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 8536-4 xiii. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/ΒΙ 3-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94) xiv. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΚΥΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ xv. ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. xvi. ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α> ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ. 1348 ΦΕΚ 32/Β/2004 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ. Α. Ε3/833 ΦΕΚ 1329/Β/1999 «ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
--	--	--	---

			ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
46	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ (ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ)ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΟΓΝΩΝ	1.000 TEM	<u>ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΟ</u> 1. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΧΜΗΡΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΙΛΤΡΟ 3Μ. 2. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ. 3. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 15Μ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ. 4. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΙΣΟ 225 ΕΚ. ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 250 ML/ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ. 5. ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Υ. 6. ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ LOCK. 7. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
47	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Σ	50 TEM	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
48	ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟΥ)	100 TEM	ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ, ΤΡΟΚΑΡ) Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΑ ΔΙΑΤΕΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ 150,300 & 450 ML Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 10-12-15&19 FR ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΥΝΔΡΟΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ
49	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΡΟΛΑ	100 TEM	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1/2'
50	ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ- ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ - ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ- MONITORS-TENS	200 TEM	ΤΟ GEL ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ. 2. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ. 3. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΟΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH. 4. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ML.

51	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50X50, 75X75, 100X100 ΚΑΙ 120X120 CM	7.000 TEM	ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ NON-WOVEN, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. 50X50, 75X75, 100X100 ΚΑΙ 120X120 CM
52	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ	50 ΣΥΣΚ	ΜΟΡΦΗ Ο ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΑΠΑΛΗ ΥΦΗ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΟΣ, ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟΣ, ΔΙΦΥΛΛΟΣ ΠΥΚΝΟΠΛΕΓΜΕΝΟΣ , ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ. ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (18 G/M²), ΜΕ ΑΝΟΧΗ ± 5% (ISO 536). ΣΥΣΤΑΣ Ο ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 100% ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ISO 9184). ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Ο ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΤΙΜΕΣ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, 150 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,5 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ (CM). ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ, 70 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,5 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ (CM). ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ TAPPI T432, Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 0,01ML ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 25 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (MAX 25S). ΤΕΦΡΑ Ο ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΕΦΡΑΣ ΕΝΑ ΤΟΙΣ

			ΕΚΑΤΟ (MAX 1%, ISO 2144). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ο ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 X 40 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ (CM), ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΙΛΩΝ (5KG) ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ. ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: • ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΟΠΟΣ) • ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ 100%) • ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ • ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ • Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕΛΑΝΗ.
53	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ Α) ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΚΑΙ Β) ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ	Α)200 ΤΕΜ Β)3000 ΤΕΜ	1. ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ Γ'ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 3. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. 4. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΣΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (VPI) ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 5. ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ 6. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 7. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 24. 8. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ. 130648 - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/42/ΕΟΚ «ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»- ΦΕΚ 2198/ΤΕΥΧ. Β/02-10-09). 9. ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ : EN46002, BS2982:1992, ISO7740:1985 ΚΑΙ EN27740:1992.

			10. Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. 10. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΛΑΒΗ
54	PARAFILM ΣΕ ΡΟΛΟ	10 TEM	PARAFILM ΡΟΛΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5-7 CM ΠΛΑΤΟΣ 15-30 M ΜΗΚΟΣ
55	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ) ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΡΥ ΑΝΟΙΓΜΑ	500 TEM	1] ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 2] ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΡΡΙΓΓΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ε.Ι.Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ STANDARD.
56	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML	2.500 TEM	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 100ML, ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
57	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML	7.000 TEM	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 100ML, ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ
58	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΥΑΛΙΝΕΣ 22X22 MM	12.000 TEM	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, 22 X 22 MM
59	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΥΑΛΙΝΕΣ 24X50 MM	2.000 TEM	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, 24 X 50 MM
60	ΚΡΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ	26.000 TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10 ML ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
61	ΚΡΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ	1.000 TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 1ML ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
62	ΜΑΠΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	10 TEM	ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ)
63	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ α)ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ β) ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ	A)2500 TEM B)2500 TEM	
64	ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1ML ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	4.000 TEM	ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1ML ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
65	ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ	1.000 TEM	ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

	ΠΟΥΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ		
66	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ 1,2,5,10,25 ML ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΕΣ	10 TEM	ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΜ ΒΑΚΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ 1,2,5,10,25 ML ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΕΣ
67	ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΜΕ TRISODIUM CITRATE 3,8% (ΓΙΑ ΤΚΕ) ΟΓΚΟΥ 1,6 ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3.500 TEM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΚΕ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΓΥΑΛΙΝΑ, ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE 3,8% - 0,129M, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM.
68	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΤΚΕ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΩΜΑ – ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΚΕ.	3.500 TEM	ΠΙΠΕΤΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
69	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΑΤΡΟΧΙΣΤΕΣ	12.000 TEM	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΤΡΟΧΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΤΙΚΕΤΑ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ
70	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ	5.000 TEM	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΥΓΕΙΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ
71	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ 0,1-10 ML	5.000 TEM	TIPS (ΡΥΓΧΗ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΙΠΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ 0,1-10 ML
72	ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 21 G ΒΑΘΟΣ 3MM ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	200 TEM	ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (ΓΙΑ ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 21 G ΒΑΘΟΣ 3MM ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
73	ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 13MM, 16MM,20MM	10 TEM	ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

74	ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 15cm	1.000 TEM	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, μΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
75	ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	10.000 TEM	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
76	ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΜΙΕΣ	1.000 TEM	ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΑΝ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
77	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΥΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΩΝ 5ML, 75 X 12 MM	15.000 TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 ML, 75X12 MM, ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ.
78	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΙΜΟΛΥΣΕΩΣ	12.000 TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΙΜΟΛΥΣΕΩΣ 100 X 12 MM
79	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100X16MM	3.000 TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΤΩΝ 10-12ML, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X16 MM.
80	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ	8.000 TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 10ML
81	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ	2.000 TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1,5ML
82	ΤΡΥΒΛΙΑ	3.000 TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9CM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
83	ΤΡΥΒΛΙΑ	2.000 TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9CM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
84	ΤΡΥΒΛΙΑ	700 TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 150 MM ή ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 120 MM
85	ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 40X40 CM	13.000 TEM	ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 40 X 40 ΕΚ
86	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΕΝΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ:		

86.1	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ	4.000 TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 21G, 22G ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΔΩΜΕΝΟ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ, ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΕΜΦΑΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ
86.2	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G – ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ	3.000 TEM	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 23G ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΜΑΚΡΥΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 303 MM) Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ
86.3	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ K3 EDTA 2ML	15.000 TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Κ3EDTA ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 3,6MG EDTA K3
86.4	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ LITHIUM HEPARIN 4ML 13X75 MM	600 TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ LITHIUM HEPARINE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PET. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΔΙΑΥΓΗ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ LITHIUM HEPARINE. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΤΩΝ 2,4,6ML. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ CE,

			ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ΟΓΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΟΥΝ, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.
86.5	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ CITRATE 3,2%	5.000 TEM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,8ML
86.6	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ SODIUM CHLORIDE / POTASSIUM OXALATE ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2ML.	300 TEM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM FLUORIDE 5MG, POTASSIUM OXALATE 4MG
86.7	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ GEL 4ML,	16.000 TEM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4ML
86.8	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ GEL 5ML.	15.000 TEM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ GEL, ΤΩΝ 5ML . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΑΛΙΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΑΥΓΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ

			ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 5 ML. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ Η ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ(GEL).ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ CE, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ΟΓΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΟΥΝ, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.
86.9	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ	1.000 TEM	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
87	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ	3 ΣΥΣΚ ΕΥΕΣ	ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΘΕΑΛΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ RESERVOIR ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 20 ML ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
88	ΦΙΑΛΙΔΙΑ EDTA 500μL	300 TEM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ - ΝΕΟΓΝΩΝ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ, ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ, ΠΡΟΣΔΙΔΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ. - ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ : 500 ML.
89	ΦΙΑΛΙΔΙΑ LITHIUM/HEPARIN 500μL	300 TEM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ - ΝΕΟΓΝΩΝ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ, ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ, ΠΡΟΣΔΙΔΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ GEL ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ : 400-600ML
90	ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 15MLΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ	1.000 TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ 15 ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ
91	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	500 TEM	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ
92	CRYOTUDES ΦΙΑΛΙΔΙΑ	500 TEM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

93	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α) 60 ΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΗΞΗΣ	Α)5 ΤΕΜ Β)1 ΤΕΜ	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ DIGITAL ΦΟΡΗΤΟ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΤΜΧ
94	ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	6 ΣΥΣΚ ΕΥΑΣΙ ΕΣ	ΑΠΟ PLEXIGLASS ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΟΡΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ. ΝΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 10 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΘΕΤΩΣ ΚΑΙ 9 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 34Χ35 MM
95	ΚΥΒΕΤΤΕΣ	10 ΣΥΣΚ ΕΥΑΣΙ ΕΣ	ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ UNISTAT
96	ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΕΛΑΙΑ (25G, ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΓΩΝΙΩΤΗ 30 ΜΟΙΡΕΣ)	50 ΤΕΜ	ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΨΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΙΣΘΙΕΣ,ΠΡΟΣΘΙΕΣ & ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ.ΤΑ ΜΙΚΡΟΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΤΡΑΧΙΑ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ.ΟΙ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
97	ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ (27G, ΓΩΝΙΩΤΗ 45 ΜΟΙΡΕΣ)	50 ΤΕΜ	ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΨΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΙΣΘΙΕΣ,ΠΡΟΣΘΙΕΣ & ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ.ΤΑ ΜΙΚΡΟΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΤΡΑΧΙΑ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ.ΟΙ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
98	ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ J, 27G	100 ΤΕΜ	ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΠΟΚΑΨΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ.ΟΙ ΚΥΡΤΕΣ & ΣΧΗΜΑΤΟΣ J ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΥΣΚΟΛΟΥ-ΝΑ-ΦΤΑΣΕΙΣ ΦΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 10-2 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ
99	ΚΑΝΟΥΛΑ 27G ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟ 11MM ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΩΝΙΩΣΗΣ, ΓΩΝΙΩΣΗ 45 ΜΟΙΡΕΣ	150 ΤΕΜ	ΟΙ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ & ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΨΑ & ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΟΠΟ

			ΟΠΩΣ-Ο-ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΛΟΙΟ & ΤΗΝ ΚΑΨΑ
100	ΚΑΝΟΥΛΑ ΥΠΟΤΕΝΩΝΙΟΥ - BISHOP-HARMONT 19G.	50 TEM	ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΠΙΣΘΙΟ ΥΠΟΤΕΝΩΝΙΟ ΧΩΡΟ
101	ΛΟΓΧΗ 2.8MM ΓΩΝΙΩΤΗ 45 ΜΟΙΡΕΣ	400 TEM	ΛΟΓΧΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ & ΚΕΡΑΤΟΜΟΣ.ΤΟ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ & ΟΙ ΕΥΘΕΙΣ ΩΜΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ Η ΝΑ ΜΕΓΕΝΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ. ΤΟ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
102	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 15 ΜΟΙΡΩΝ. ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1.5MM	150 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΜΕ ΟΜΑΛΗ,ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ
103	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ BEVEL UP 30 ΜΟΙΡΩΝ ΕΥΘΥ 2.5MM	150 TEM	ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ.ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗ,ΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑ & ΣΚΛΗΡΟΤΟΜΗ.ΤΟ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
104	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ BEVEL UP 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΟ2.5MM	150 TEM.	ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ.ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗ,ΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑ & ΣΚΛΗΡΟΤΟΜΗ.ΤΟ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
105	ΚΥΣΤΟΤΟΜΟΣ 27G	300 TEM	ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗ & ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗ.ΤΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΧΜΗΡΑ & ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΟΥΝ & ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ Η ΝΑ ΣΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΨΑ.ΚΑΘΕ ΚΥΣΤΟΤΟΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΗΠΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.ΤΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ 0,50 mm,ΑΠΟΣΤΑΣΗ 12 mm ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΚΤΙΝΑ 19 mm. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΤΟΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

			ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΦΑΚΟΥ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΑΨΑΣ & ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΤΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
106	ΚΑΝΟΥΛΑ VECTIS 27G, ΕΥΡΟΣ 3 MM	20 TEM	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ & ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ. ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ Η ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
107	ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G,4MM, 45 ΜΟΙΡΩΝ	10 TEM	ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΣΤΡΑ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΓΧΥΣΗΣ.45'ΛΟΞΟΤΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ
108	IOL MANIPULATOR BLUNT TIP ΓΩΝΙΩΤΟΣ 45 ΜΟΙΡΩΝ	100 TEM	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ.Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΑΒΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ.ΟΙ MANIPULATOR ΜΕ ΠΛΥΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΥΣΗΣ
109	IOL MANIPULATOR BUTTTON TIP ΓΩΝΙΩΤΟΣ 45 ΜΟΙΡΩΝ	100 TEM	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ.Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΑΒΗ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ.ΟΙ MANIPULATOR ΜΕ ΠΛΥΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΥΣΗΣ
110	CHOPPER (P. KOCH) ΓΩΝΙΩΤΟ 45 ΜΟΙΡΩΝ	100 TEM	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ Η ΤΗΣ ΕΞΩΠΕΡΙΦΑΚΙΚΗΣ.Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΑΒΗ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ.ΓΩΝΙΑ 45',6 mm ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ,ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΟΥ 90',1,5 mm ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ 2°ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΤΗΣ ΚΑΨΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΤΑ 2 ΧΕΡΙΑ.ΤΟ ΑΜΒΛΥ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ.ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ STOP & CHOP
111	ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΦΛΟΥΟΡΕΣΕΙΝΗΣ	1.000 TEM	ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑ 100
112	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ	300 TEM	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ, ΜΕ ΣΑΚΟΥΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ

	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ		ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ , ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΟΘΩΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ. 1,60Χ2,50 CM ΠΕΡΙΠΟΥ
113	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΡΙΝΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ DOULE	30 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ
114	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, MEDIUM ΚΑΙ LARGE ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	30 TEM	ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΝΑ ΠΛΑΘΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΟΠΟΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ SMALL, MEDIUM ΚΑΙ LARGE
115	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ	50 TEM	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΥΤΟ ΣΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΛΛΟΥΝ ΚΑΙΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΣΟΚ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ
116	ΒΡΟΓΧΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗΣ(0 ,3MM 12CM)ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ (0,1 Η 0,2MM 10CM), ΑΝΟΙΧΤΟΙ	A) 20 TEM B) 20 TEM	
117	ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ (6 VOLT- 6WATT)	10 TEM	
118	ΚΑΘΕΡΕΠΤΕΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ	2 TEM	
119	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣ ΗΣ ΔΙΑΦ. ΜΕΓΕΘΗ	No 6=2 TEM No 5=2 TEM No 4=1 TEM	

120	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ – ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ ΟΙ ΚΑΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Χ	150 TEM	1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ Α) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ NO 000 NO 00 NO 0 NO 1 NO 2 NO 3 NO 4 Β) ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΦΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΚΑΜΠΤΟ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2. ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΜΠΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 3. ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ. 5. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 6 ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. 6. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
121	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒ)	100 TEM	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
122	ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤ ΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΘΕΡΜΟΥ – ΨΥΧΡΟΥ	30 TEM	ΠΕΔΙΟ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΟ,ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ
123	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ	50 TEM	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ,ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΟ,ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ

			ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ, ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ(ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ NON-WOVEN/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 85% ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.
	<u>ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</u>		
124	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	50 LIT	ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΙΟΚΤΟΝΟ (HBV, HIV) ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ Η ΣΚΟΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ C.E ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ.
	<u>ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</u>		
125	1) ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΜΟΝΑΔΕΣ)	100 LIT	ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΕΥΔΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΗ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, Η ΑΜΙΝΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗ ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ ΑΛΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, Ε'ΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΙΤΕ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ (HBV, HIV) ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ

			ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΕ 1 ΩΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ.
	2) ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΠΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ Κ.Λ.Π.) ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY.	50 LIT	ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗ ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ ΑΛΑΤΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ (HBV, HIV) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ.
126	ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	20 LIT	1) ΠΡΟΙΟΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΠΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. 2) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ.
127	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	50 LIT	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ 7-8 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΙΩΔΙΟΦΟΡΟ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ C.E
128	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	200 LIT	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟΥ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ 2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ. ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ

			ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΣΜΕΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ C.E
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Δ.Μ.Δ. ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ. 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΡΑΣΗΣ. 5. ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 6. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 7. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΑ) 8. ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. 9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 10. ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 11. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ. 12. ΚΑΘΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ. 13. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 14. ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ISO 9002 ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 15. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 16. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			
129	ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ 2 ,4 ,6 ,8,12 ML	40 TEM	ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Η ΑΝΤΛΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 60 ML, 120 ML .ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΣ

			ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΑΤΣΑΚΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΟΕΣ,ΑΠΟ 0,5ML/Η ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10ML/Η. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΡΟΛΟΓΑΚΙ.)
130	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	A) 70 TEM B) 50 TEM	A) ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ B) ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
131	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΧ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΡΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	600 TEM	ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
132	ΚΑΛΛΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΜΕΡΑΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	100 TEM	ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑΚΛΕΙΝΕΙ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
133	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	50 TEM	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ , Μ.Χ ΝΟ 1 ΕΩΣ 5 ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μ.Χ. . ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ .ΝΑ ΕΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΙΣΕΩΝ. ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ CUFF ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΣΗ ΤΟΥ CUFF Ο ΔΕ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ ΤΟΥ CUFF. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. LATEX FREE.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΚΑΙΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ .
134	A) ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ	A)700 TEM B) 1.700TEM	A) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ,ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ

	ΣΕΙΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ Β) ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΗ ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ (ΤΑΙΝΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ).ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟΠΡΟΣΩΠΟ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ.ΗΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2Μ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΕΠΙΣΗΣ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Β) ΡΙΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ PVC
135	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI. (ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΠΑΙΔ/ΚΕΣ)	200 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΘΑΡΟ , ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ.ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΗ ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ (ΤΑΙΝΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ.ΗΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 20-22 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 15-17 CM. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ VENTURI ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 24%-26%-28%-31%-35%-40%- 50%-60%) ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 1,80Μ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΕΠΙΣΗΣ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
136	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΠΑΙΔ/ΚΕΣ)	600 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΘΑΡΟ , ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ.ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΗ ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ (ΤΑΙΝΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ).ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ

			ΚΕΦΑΛΗ.ΗΜΑΣΚΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΠΕΛΛΙΔΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10CC-20CC ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΟΠΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ.ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,80CM ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΕΠΙΣΗΣ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
137	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΙΚΕΣ)	15 TEM 5 TEM	ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX FREE,SET ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ Ο2,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΚΑ
138	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	6.000 TEM	ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΑΛΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ
139	ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΑ	150 TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΗΚΟΥΣ 10 - 25 CM ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΝΑ..
140	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ & ΠΑΚΕΤΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ)	500 TEM	<u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ NON - WOVEN ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ</u> ☐ 50X60 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ☐ 50X60 ΜΕ ΟΠΗ ☐ 75X100 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ☐ 100X100 > > > ☐ 120X150 > > > ☐ 120X150 ΜΕ ΟΠΗ <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ TUR</u> ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 150X170 CM. ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ NON-WOVEN. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

			ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ , ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ</u> <u>Α' ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ</u> ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ, ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1)ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X75 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, 2)ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΤΟΝ 150X180 CM, 3)ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΤΟΝ 150X240 CM, 4) ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80X145CM ΠΕΡΙΠΟΥ 5) ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 6) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X50 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 7) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ/ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X200CM ΠΕΡΙΠΟΥ <u>Β' ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ</u> ΝΑ ΕΧΕΙ: 1) ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΚΟ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΧΛΑΔΙΟΥ 30X35 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΟΘΩΝΕΙΟ. 2) ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80X145CM ΠΕΡΙΠΟΥ 3) ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 4) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X50 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 5) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ/ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X200CM ΠΕΡΙΠΟΥ <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ</u> <u>ΙΩΔΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΗ,</u> ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
--	--	--	---

			60X35 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 25X35 CM 90X45 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 60X45 CM <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΚΡΩΝ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ.</u> Α)ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝΑΚΡΩΝ ΜΕ ΟΠΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 220 X 320 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΟΠΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 5 CM ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200 X 350 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΡΙΟΥ Β) 1. ΠΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (3) ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΠΗ 7 CM 220 X 300 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 2. 2) ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80X145CM ΠΕΡΙΠΟΥ 3. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 4. ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X50 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 5.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ/ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X200CM ΠΕΡΙΠΟΥ 6. ΕΝΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙ 25X80 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΙΩΔΟΦΟΡΟ ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 235X320 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 50X25 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ΥΠΟΓΛΟΥΤΙΑΙΟ ΚΑΛΥΜΑ ΜΕ ΣΑΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X40 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΟΘΟΝΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΣΤΑΣΗΣ 90X90 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 22 & 27 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ Η ΜΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ. Η ΚΑΤΩ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ
--	--	--	--

			ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΕ ΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 13,5X3,7 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10X50 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ZEISS ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΜΕΡΑΣ 15X240 CM ΠΕΡΙΠΟΥ
141	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ Μ.Χ.	5.000 ΤΕΜ	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
142	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΖΕΥΓΟΣ	50 ΖΕΥΓΗ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΟΔΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑ ΖΕΥΗ ΑΠΟ ΝΟΝ WOVEN ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
143	ΡΟΛΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΡΟΛΑ 100 ΘΗΚΕΣ 1.000	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ. ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ . ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΛΛΟΥ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 3ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ +-10% ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΤΟΙΜΕΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΔΙΠΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ, ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ . ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΛΛΟΥ . ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΟΙ ΔΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ +-10% ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ.

144	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ(BILLOW) ΚΑΙ ΞΙΦΗ	20+20 TEM	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ BILLAW. ΔΥΟ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2500ML ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 2500 ΚΑΙ ΑΝΩ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΙΕΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ.
145	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΩΝ PURISOL (PURISET), ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΥΔΙΚΟΙ	50 TEM	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
146	ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ (22-27 G)	50 ΣΕΤ	ΤΟ SET ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΣΤΑΘΕΡΟ. Α. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 3ML Β. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML Γ. ΒΕΛΟΝΑ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,2 Δ. Η ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 90- 115 MM ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΥΧΡΗΣΤΗ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ QUINCKE (ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ). ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΛΟΛΗΤΟ ΠΕΔΙΟ
147	ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	3 ΣΕΤ	ΣΕΤ MINI ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER.ΤΟ SET ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΟΥ ΜΗΚΟΣ 2 CM ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΤΥΟΥ.ΕΝΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

			ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. ΈΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ. ΈΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ Ρ.Υ.Σ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4ΜΜ.ΈΝΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 10.
148	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	25 ΣΕΤ	ΣΕΤ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΣΤΑΘΕΡΟ Α, ΒΕΛΟΝΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Β.ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ LATEX FREE Γ. ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ LATEX FREE Δ. ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ LATEX FREE Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ LATEX FRE ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΛΟΛΗΤΟ ΠΕΔΙΟ
149	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	20 ΣΕΤ	ΣΕΤ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ LATEX FRE ΤΟ ΣΕΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ: 1. ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 2. ΒΕΛΟΝΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3. ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3. ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4. ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΛΗΡΙΔΙΟΥ 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
150	ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	20 ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΩΝ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: ΒΕΛΟΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3-WAY STOP-COCK ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ HEIMLICH ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Α) ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 2MM 6F 30CM & ΒΕΛΟΝΗ 13G 57MM ΝΕΟΓΝΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ Β) ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 2,7MM 8F 40CM &

			ΒΕΛΟΝΗ 10G 77MM ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ) ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 2,7MM 8F 50CM & ΒΕΛΟΝΗ 10G 77MM ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ) ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3,3MM 10F 50CM & ΒΕΛΟΝΗ 8G 77MM ΕΝΗΛΙΚΩΝ
151	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ	6.000 ΤΕΜ	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘ/ΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΥ ΔΕΝΕΙ ΠΙΣΩ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΟΛΟΓΥΡΑ, ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (CE).
152	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ	300 ΚΟΥΤ	1.ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ 2.ΌΓΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: ≤ 5 ML 3.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ≤ 30 SEC 4.ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ : ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 20-500 MG/DL 5.ΑΚΡΙΒΕΙΑ : Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (R) ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ≥ 95 %. 6.ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ : Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ (CV) ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ≤ 8 % 7.ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 8.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. 9.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ : ΤΟ ΠΙΘ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ -2°C ΕΩΣ +32°C) .
153	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ (ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΙΩΔΙΟΥΧΑ)	100 ΤΕΜ	ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΗ ΔΙΑΒΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΝΙΔΙΩΝ (LINT FREE), ΜΕ 2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΜΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ. ΜΕΓΕΘΟΥΣ 160*250 CM,

			140*160 CM, 100*120CM, ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΕΛΛΕΨΟΕΙΔΗ ΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 40*60 CM, ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ.
154	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΟ ΠΕΡΙΝΑΙΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.	100	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΧ
155	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	30 TEM	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΥΓΡΑΝΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, LATEX FREE, μΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΩΝ HIV, HCV, ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑΣ, ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ΚΤΛΙ. VIRAL-BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY: 99.999%. ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ > 32MG/L. ΓΙΑ TV 500 ML.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 22 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 28ML ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 2,2CM H2O ΣΤΑ 30 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ 150-1000 ML . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ μΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ CO2 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ CO2.
156	ΦΛΕΒΟΕΚΡΙΖΩΤΗΡΕΣ STRIPER (ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ)	10	STRIPPERS ΚΙΡΣΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ : ΕΚΡΙΖΩΤΗΡΕΣ ΚΙΡΣΩΝ, ΚΕΦΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΗ.
157	ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ	150 TEM	1.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 2.ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ P3 ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 3.ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 4.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EN149
158	ΠΙΠΕΤΤΕΣ	4	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΓΚΩΝ

159	ΣΥΣΚΕΥΗ (JAR) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	2	
160	ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3	200 TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (SBS) ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ VENTEX VALVE ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΠΗΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EN14605 ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΜΑΝΣΗ CE. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/686/EEC ΩΣ PPE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III.
161	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	10	ΠΛΗΡΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
162	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	100	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
163	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ	200 TEM	1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ. 2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ. 3. ΝΑ ΦΟΡΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. 4. ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ. 5. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. 6. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 2-5- ΕΤΗ.
164	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΧ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 2 LIT	400 TEM	ΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑΣ, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕΓΕΘΩΝ (1LT,2LT) ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΟΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ

165	ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΛΟΒΟΥ	1 TEM 1 TEM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΙΤΗΤΕΣ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ
166	ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΣΠΛΗΝΑ	1 TEM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΙΤΗΤΕΣ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ
167	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	50 TEM	A. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. B. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ. C. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. D. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. E. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΚΡΟ.
168	ΦΙΛΤΡΟ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ	500 TEM	ΦΙΛΤΡΟ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ
169	ΦΙΛΤΡΟ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ	500 TEM	ΦΙΛΤΡΟ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ
170	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000 TEM	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 67X 40
171	ΕΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	500 TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ.
172	1)ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑ ΦΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΠΙΑΣΤΡΕΣ 2) BENTOYΖΕΣ	1) 10 ΣΕΤ 2) 60 TEM	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 1. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΗΑ ΚΑΙ CE. 2. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ) BENTOYΖΕΣ 1. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΑΔΑΣ 2. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΗΑ ΚΑΙ CE. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15, 20 ΚΑΙ 30MM.
173	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΗΨΗΛΗΣ	30 TEM	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,5KCAL/ML ΓΙΑ

	ΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ		ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΥΓΡΩΝ
174	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ	30 TEM	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ Η ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
175	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	30 TEM	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ, ΜΕ ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ 1KCAL/ML ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
176	ΠΟΔΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	50 TEM	ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΤΥΧΟΝΤΑ ΛΑΘΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΣΕΤΑ.ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EN14605 ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΜΑΝΣΗ CE. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/686/EEC ΩΣ PPE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III.
177	ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	50 TEM	ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΧΥΘΟΥΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 41X56CM & 26X42CM
178	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ FUKUDA ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ	100 TEM	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ FUKUDA ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ: 63 X 30 ΡΟΛΛΟ
179	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ FUKUDA ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ	100 TEM	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ FUKUDA ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ: 63 X 100 ΦΥΛΛΑ (ΠΛΑΚΕ)
180	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SCHILLER AT1	50 TEM	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER AT1 ΠΛΑΚΕ

	ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ		
181	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑ ΦΟΥ SCHILLER AT101 ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ	50 TEM	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER AT101 ΠΛΑΚΕ
182	ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ	3.000 TEM	ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ 2,5MM ΚΑΙ 4 MM.
183	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	50 TEM	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2- 2,7 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ 100CC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ ΣΤΟΜΙΑ (ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΥΡΗΣΗ ΜΕ ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ.
184	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ	50 TEM	ΓΛΥΚΙΝΗΣ 1,5% ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.
185	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ	50 TEM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Υ.