



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-
Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12
Τ.Κ. 81400, Μύρινα
Τηλέφωνο: 22543-50129
Fax: 22543-50126
e-mail: promithiongnlimnou@gmail.com

Μύρινα, 19-09-2017

Αριθμ. Πρωτ : 7048

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ)
1	Απολύμαντικό, αποστειρωτικό ενδοσκοπίων Σκεύασμα υδατικού διαλύματος σποροκτόνου γλουταραλδεύδης 2%. • Να επιτυγχάνει υψηλού βαθμού απολύμανση φυματίωσης σε χρόνο 5 λεπτών συμπεριλαμβανομένου του μονοβακτηριδίου. • Διάρκεια χρήσης 14 ημέρες. • Να μην χρειάζεται ενεργοποίηση. • Να είναι συμβατό με το κολονοσκόπιο-γαστροσκόπιο του Νοσοκομείου του κατασκευαστικού οίκου: Hoya Corporation Pentax, τύπου EC-380LKp (κολονοσκόπιο) και EG-290Kp (γαστροσκόπιο) • Να πιστοποιείται η ικανότητα του διαλύματος με ταινίες-δείκτες καταλληλότητας. • Να μην είναι ερεθιστικό και να είναι απαλλαγμένο από οσμές. • Να φέρει σήμανση CE.	60

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται..

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως 26-09-2017 και ώρα 14:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή fax:22543-50126

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ