



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μύρινα, 06 -09-2017

Αριθμ. Πρωτ: 6668

Πληροφορίες: Μαυρολαμπάδου Σόνια
Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12
Τ.Κ. 81400, Μύρινα
Τηλέφωνο: 22543-50129
Fax: 22543-50126
e-mail: promithiongnlimnou@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, για όσα υλικά υπάρχουν.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
1	Φυγόκεντρος μικροαιματοκρίτη 1. Να είναι επιτραπέζια, μικρών διαστάσεων. 2. Να διαθέτει γωνιακή κεφαλή βιολογικής ασφάλειας που να δέχεται 24 σωλήνες μικροαιματοκρίτη. 3. Να έχει ψηφιακό χειριστήριο επιλογής των παραμέτρων φυγοκέντρωσης, με ψηφιακές ενδείξεις χρόνου και ταχύτητας: • Ρύθμιση ταχύτητας έως 13.300 RPM/Μέγιστη επιτάχυνση 17.000 xg • Ρύθμιση χρόνου από 1 έως 99 min. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. • Δυνατότητα σύντομης φυγοκέντρωσης. 4. Να έχει αθόρυβη λειτουργία <56 db. 5. Να υπάρχει ακουστική ειδοποίηση με το πέρας της φυγοκέντρωσης. 6. Να διενεργεί έλεγχο μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με διακοπή λειτουργίας και οπτική ένδειξη. 7. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής.	1

	8. Να διαθέτει κάλυμμα με κλείστρο ασφαλείας (να περιγραφεί ο μηχανισμός). Το κλείστρο να μην ανοίγει όσο διαρκεί η περιστροφή, η δε περιστροφή να μην αρχίζει αν δεν κλείσει το κάλυμμα. 9. Το κάλυμμα να έχει τη δυνατότητα να ανοιχθεί με μηχανικό τρόπο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 10. Να χρησιμοποιεί κινητήρα μεταβλητής συχνότητας και όχι ψήκτρες για εξασφάλιση μακροζωίας του κινητήρα και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. 11. Η φυγόκεντρος να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες Ασφαλείας και Κατασκευής IEC 61010-1, IEC 61010-2. 12. Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει συμμόρφωση με τα τελευταία κλινικά πρότυπα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης και της 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive, ο δε κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 13. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών, με δέσμευση άμεσης αντικατάστασης της φυγόκεντρου σε περίπτωση δυσλειτουργίας εντός του χρόνου εγγύησης. 14. Να διασφαλίζεται επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα χρόνια. 15. Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα.	
--	---	--

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών απορρίπτονται.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **12-09-2017 και ώρα 14:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή fax:22543-50126

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ