



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ.
ΛΗΜΝΟΥ

Μύρινα, 21-05-2018
Αριθμ. Πρωτ:3825

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Προμήθειες

Πληροφορίες: Αικατερίνη Αθανασίου

Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12

Τ.Κ. 81400, Μύρινα

Τηλέφωνο: 22543-50129

Fax:22543 -50126

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, για όσα υλικά υπάρχουν.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.)
1	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να είναι κάθετο εργαστηριακό ψυγείο γενικής χρήσης συνολικής χωρητικότητας περίπου 700 έως 1300 λίτρα.
- Να διαθέτει μη συρόμενη υάλινη πόρτα.
- Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 6 με 8 ράφια προσαρμοζόμενα σε ύψος.
- Η θερμοκρασία να είναι προ-ρυθμισμένη στους +4⁰ C και το εύρος θερμοκρασίας να είναι +1⁰C έως +8⁰C . να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας.
- Η θερμοκρασία να αναγράφεται στην οθόνη και να είναι η θερμοκρασία δείγματος και όχι η θερμοκρασία του αέρα.
- Να διαθέτει 7-ήμερο καταγραφικό θερμοκρασίας.
- Να έχει αυτόματη απόψυξη.
- Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού για υπέρβαση θερμοκρασίας (ή χαμηλή θερμοκρασία), ανοικτής πόρτας και πτώση τροφοδοσίας. Να διαθέτει λειτουργία για σίγαση συναγερμού.
- Ο πίνακας ελέγχου να φέρει φωτεινές ενδείξεις – αντίστοιχα εικονίδια σε περίπτωση πτώσης τροφοδοσίας, ανάγκης για επισκευής ανοικτής πόρτας, χαμηλής μπαταρίας, συναγερμού.
- Να περιλαμβάνει ισχυρή μόνωση ελεύθερη από CFC για καλύτερη θερμοκρασιακή σταθερότητα και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Να διαθέτει φωτισμό θαλάμου που να ενεργοποιείτε με το άνοιγμα της πόρτας, αλλά και ανεξάρτητο διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.

- Να διαθέτει 4 τροχούς μετακίνησης με δυνατότητα κλειδώματος για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO9001.

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ.

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών απορρίπτονται.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως 25-05-2018 και ώρα 14:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή fax:22543-50126

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ