



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-
Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-Προμήθειες

Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Αθανασίου

Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12

Τ.Κ. 81400, Μύρινα

Τηλέφωνο: 22543-50129

Fax: 22543-50126

e-mail: promithiongnlimnou@gmail.com

Μύρινα, 14-06-2018

Αριθμ. Πρωτ : 4475

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Σύστημα ταυτοποίησης εντεροβακτηριακών Να ταυτοποιεί εντεροβακτηριακά και άλλα CRAM(-), οξειδάση αρνητικά βακτήρια με έλεγχο τουλάχιστον 18 βιοχημικών ιδιοτήτων. Δυνατότητα ταυτοποίησης τουλάχιστον 70 κλινικά σημαντικών μικροβιακών στελεχών.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2
2	Σύστημα ταυτοποίησης σταφυλοκόκκων Να ταυτοποιεί σταφυλοκόκκους και άλλους CRAM(+), καταλάση θετικούς κόκκους με έλεγχο τουλάχιστον 18 βιοχημικών ιδιοτήτων. Δυνατότητα ταυτοποίησης τουλάχιστον 40 διαφορετικών στελεχών Staphylococcus spp., Micrococcus spp και Kocuria spp	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3
3	Σύστημα ταυτοποίησης στρεπτοκόκκων Να ταυτοποιεί στρεπτοκόκκους με έλεγχο τουλάχιστον 15 βιοχημικών ιδιοτήτων. Δυνατότητα ταυτοποίησης τουλάχιστον 30 διαφορετικών στελεχών	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2

	Streptococcus spp και άλλων σχετικών ειδών όπως Enterococcus spp, Gemella spp, leuconostoc spp, pediococcus spp, listeria monocytogenes, Weissella spp.	
4	Σύστημα ταυτοποίησης αζυμωτικών Να ταυτοποιεί CRAM(-), οξειδάση θετικά βακτήρια με έλεγχο τουλάχιστον 17 βιοχημικών ιδιοτήτων. Δυνατότητα ταυτοποίησης τουλάχιστον 70 κλινικά σημαντικών στελεχών αζυμωτικών βακτηρίων μεταξύ των οποίων Vibrio spp.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Να είναι κατάλληλα για χειροκίνητη μέθοδο. Να είναι ευδιάκριτη η ανάγνωση των βιοχημικών αντιδράσεων. Κάθε τεστ να είναι αυτοτελές. Η ημερομηνία λήξης να είναι μεγάλη. Να προσφερθούν όλα τα συνοδά αντιδραστήρια. Η συσκευασία να περιέχει τουλάχιστον 20 τεστ

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **19-06-2018 και ώρα 14:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή fax:22543-50126

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ